



**INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

**“Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych”**

**Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 5**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 5 szew monofilamentowy o średnim okresie wchłaniania z Poliglecapronu ,podtrzymywanie tkankowe : 75% - 7 dni, 30% -14 dni. wchłaniający się 90-110 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza szew o podanych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 5 poz.10, 11**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 10,11 nitki 50 cm oraz igły Easy Pass o 50 % ostrzejszej po dziesiątym wkluciu od standardowej igły skórnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowany szew oraz igły. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga w danym pakiecie szwy od jednego producenta.

**Odpowiedź:** Wykonawca zadał pytanie zbyt ogólnie, nie dotyczy konkretnego pakietu. Zamawiający dopuszcza ( to nie jest wymóg) szwy od jednego producenta.

***Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.***

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
inż. Monika Wojciechowska

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Jacek Banaszak