

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Odczynniki i testy diagnostyczne**

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-8/2025)

Czy w zadaniu 6 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuści test o wyższej czułości (tj. 10 ng/ml), która pozwala stwierdzić obecność krwi utajonej w kale z większą dokładnością?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści test o wyższej czułości (tj.10 ng/ml), która pozwala stwierdzić obecność krwi utajonej w kale z większą dokładnością, i wyraża zgodę na zaoferowanie ww. testu.

Sporządzono i opublikowano w dniu 01-04-2025r.