

## Specyfikacja techniczna wagi Balance XPR205DUE/M

### WAGA BALANCE Balance XPR205DUE/M

- Maksymalny zakres ważenia: 220 g/81 g
- Odczyt 0,01/0,1 mg,
- Zarządzanie prawami użytkowników,
- Legalizacja, łatwe czyszczenie,
- Automatyczne drzwiczki,
- Integracja z siecią, współpraca z LabX,
- Notatnik wyników,
- Wisząca szalka wagowa,
- Powtarzalność, typowa: 0,01 mg
- Minimalna naważka (USP, 0,1 %, typowa): 20 mg
- Minimalna naważka (U = 1 %, k = 2), typowa: 2 mg
- Czas stabilizacji: 1,5 s



### KWALIFIKOWANE URUCHOMIENIE Pac (Scales)+ Calibration 17025

- Test: Test funkcjonalny, operacyjny i wydajnościowy
- Wartość: Wydajność i zgodność
- **Usługa obejmuje:**
- Uruchomienie systemu;
- Konfigurację ustawień;
- Podstawowe szkolenie w zakresie przekazania urządzeń i instrukcje bezpieczeństwa;
- Planowanie rutynowych prób sprawności i konserwacji;
- Identyfikowalną dokumentację kwalifikacji.

Wzorcowanie wagi zgodnie ze standardem ISO 17025;

Dokumentacja: IPac

## Załącznik A 60/W/2024

Serwis: Standardowa kwalifikacja IPac

### **FOOT SWITCH USB 30312558**

- Przełącznik nożny do bezdotykowej obsługi
- Złącze USB



### **Urządzenie zgodne z:**

metodologią Good Weighing Practice®

### **Posiadające wbudowane funkcje, takie jak:**

Statuslight,

opcje zarządzania danymi.

**Termin dostawy** 4-6 tygodni

**Warunki gwarancji** 12 miesięcy

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

W cenie urządzenia ma się zawierać ubezpieczenie, transport i obsługa.