



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

**Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

Nasz znak: ZCM – ZP.270.10.2025.ZO

Krosno Odrzańskie 18 marzec 2025 r.

Wyjaśnienia

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

**„Dostawa szafy do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich do pracowni
endoskopii Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.”
Znak postępowania: ZCM – ZP.270.10.2025.TP**

Pytanie numer 1:

Dotyczy Parametry techniczne **pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści:

Szafę bez wieszaków, szafa jest horyzontalna

Odpowiedź na pytanie numer 1:

Zamawiający dopuszcza szafę bez wieszaków, szafę horyzontalną.

Pytanie numer 2:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 14:

Szafę z możliwością podłączenia w szafie 9 endoskopów w pozycji horyzontalnej

Odpowiedź na pytanie numer 2:

Zamawiający dopuszcza podłączenie w szafie 9 endoskopów w pozycji horyzontalnej

Pytanie numer 3:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 18:

konstrukcję szafy bez lampy UV

Odpowiedź na pytanie numer 3:

Zamawiający nie dopuszcza szafy bez lampy UV.

Pytanie numer 4:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 20:

Endoskopy umieszczane są w oddzielnych, sterylnych szufladach.

Odpowiedź na pytanie numer 4:

Zamawiający dopuszcza umieszczenie endoskopów w oddzielnych, sterylnych szufladach.

Pytanie numer 5:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 26:

Brak wizualnej identyfikacji numerycznej gdyż szafa jest horyzontalna

Odpowiedź na pytanie numer 5:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie numer 6:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 27:

Brak elektronicznej kontroli stanu filtra HEPA 14 oraz lampy UV – sygnalizacja nieprawidłowości i wymiany gdyż szafa nie ma lampy UV

Odpowiedź na pytanie numer 6:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie numer 7:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 34:

Wymiary szafy: 937 mm x664 mm x1949 mm

Odpowiedź na pytanie numer 7:

Zamawiający dopuszcza wymiary szafy : 937 mm x664 mm x1949 mm

Pytanie numer 8:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 35:

Masa własna urządzenia wynosząca max. 150 kg

Odpowiedź na pytanie numer 8:

Zamawiający dopuszcza masę własną urządzenia wynoszącą 150 kg.

Pytanie numer 9:

Dotyczy Parametry techniczne Pozycja 38:

Prosimy o podanie wszystkich aparatów które zamawiający planuje przechowywać w szafie (producent oraz model urządzenia).

Odpowiedź na pytanie numer 9:

Zamawiający informuje, że posiada

- 1) Videokolonoskop, producent FUJIFILM, model EC-530 FL 1szt.
- 2) Videokolonoskop, producent FUJIFILM, model EC-600 WL 1 szt.
- 3) Videogastroskop, producent FUJIFILM, model EG-530 FP 1szt.
- 4) Videogastroskop, producent FUJIFILM, model EG-530 FP 1 szt.
- 5) Videogastroskop, producent FUJIFILM, model EG-600 WR 1 szt.
- 6) Videokolonoskop, producent FUJIFILM, model EC-600 WI 2 szt.

Pytanie numer 10

Wnoszę o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach:

- Przechowywanie endoskopów w pozycji horyzontalnej w pojemnikach wstrząsoodpornych
- Pojemność 8 endoskopów
- Drzwi szafy przeszklone, z automatyczną blokadą po zamknięciu i kontrolą dostępu
- Maksymalny czas przechowywania min. 30 dni
- Rejestracja min. 150 endoskopów
- Dotykowy panel kontrolny LCD, 7 cali
- Zgodność z normą EN 16442:2015
- Wbudowana sprężarka powietrza
- Uzdatnianie powietrza – zewnętrzna część endoskopu: filtr HEPA i lampy UV
- Uzdatnianie powietrza – kanały endoskopu: filtr HEPA
- Czytnik kodów kreskowych i drukarka jako integralne części urządzenia
- Pojemniki do przechowywania endoskopów o wymiarach 55x48cm



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

- Kalibracja każdego endoskopu, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie powietrza w kanałach wewnętrznych
- Rejestracja endoskopów, pojemników i użytkownika
- Automatyczne wykrywanie niewłaściwego podłączenia endoskopu
- Niezależny wentylator dla każdego endoskopu
- Automatyczne wyłączanie lamp UV przy otwieraniu drzwi szafy
- Urządzenie mobilne, wyposażone w kółka
- Możliwość indywidualnej wymiany złączy dla poszczególnych kanałów
- Wymiary szafy
 - Szerokość 90 cm
 - Głębokość 64 cm
 - Wysokość 202 cm

Odpowiedź na pytanie numer 10:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o poniższych parametrach.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało poziom hałasu nie większy niż 58dB?

Odpowiedź na pytanie numer 11:

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie poziomu hałasu.

Pytanie nr 12

Czy w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z szafą systemu cyfrowego do zarządzania procesami mycia i przechowywania endoskopów, który będzie kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego myjniemi Soluscope Serie 1 oraz ofertowaną szafą do przechowywania endoskopów?

Takie rozwiązanie umożliwia pełną identyfikowalność procesu dekontaminacji endoskopów – od momentu ich użycia, przez proces mycia i dezynfekcji, aż po przechowywanie. Jego kluczowe funkcjonalności to:

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym – zapewnia pełną kontrolę nad procesami w myjniach i szafach do przechowywania, gwarantując przestrzeganie procedur dekontaminacji.
- Elektroniczna identyfikowalność – umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji o cyklach mycia i przechowywania endoskopów, co jest istotne w kontekście kontroli zakażeń szpitalnych.
- Optymalizacja pracy – usprawnia logistykę i dostępność endoskopów, minimalizując czas przestoju sprzętu.
- Raportowanie i analiza danych – pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i zwiększenie efektywności kosztowej.

Dodatkowo system może być zsynchronizowany z oprogramowaniem firm trzecich, umożliwiając centralne zarządzanie etapami reprocessowania oraz aktualizację danych pacjentów. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania dotyczące identyfikowalności i bezpieczeństwa pacjentów, wdrożenie takiego rozwiązania może być kluczowe dla sprawnej organizacji pracy działu endoskopii oraz spełnienia norm dotyczących kontroli zakażeń.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Odpowiedź na pytanie numer 12:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z szafą systemu cyfrowego do zarządzania procesami mycia i przechowywania endoskopów, który będzie kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego myjniemi Soluscope Serie 1 oraz ofertowaną szafą do przechowywania endoskopów

W załączeniu zmieniony Dodatek nr 3 do Zapytanie ofertowego.

Udzielone Wyjaśnienia stają się częścią zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU – Jolanta Siwicka

Podpis na oryginale