



Gdynia, dnia 23.07.2024 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

„Dzierżawa koncentratorów tlenu wraz z akcesoriami i serwisem dla DLT w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”, Nr sprawy: D25M/252/N/13-27rj/24

I. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 4: W załączniku nr 4 do SWZ w Zestawieniu parametrów technicznych - wymaganych w postępowaniu: „Dzierżawa koncentratorów tlenu wraz z akcesoriami i serwisem dla DLT w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”, znak: D25M/252/N/13-27rj/24 w tabeli: OPIS PARAMETRU; Dane oferowanego sprzętu; Pkt 5 i 6:

Zamawiający wymaga, aby koncentratory tlenu były fabrycznie nowe i Rok produkcji (nie starszy niż z 2024 r.)

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu używane i nie starsze niż z 2021 r.?

Uzasadnienie: Narodowy Fundusz Zdrowia w wymaganiach dotyczących Programu Domowego Leczenia Tlenem określa, że koncentratory tlenu nie mogą być starsze niż pięć lat w momencie rozpoczęcia ich eksploatacji. Dopuszczenie tego parametru zwiększy konkurencyjność oferty i wpłynie znacząco na obniżenie ceny dzierżawy koncentratora tlenu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonej usługi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza koncentratory tlenu używane i wyprodukowane w latach: 2021 - 2024.

Pytanie nr 5: W załączniku nr 4 do SWZ w Zestawieniu parametrów technicznych - wymaganych w postępowaniu:

„Dzierżawa koncentratorów tlenu wraz z akcesoriami i serwisem dla DLT w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”, znak: D25M/252/N/13-27rj/24 w tabeli: OPIS PARAMETRU; Parametry techniczne; Pkt 1: *Zamawiający wymaga, aby koncentratory tlenu posiadały stężenie tlenu na poziomie 87% - 97%.*

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu, które posiadają stężenie na poziomie 87-96%?

Uzasadnienie: Przedstawiony parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na pogorszenie skuteczności prowadzonej tlenoterapii.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza koncentratory tlenu z podażą tlenu o stężeniu na poziomie 87-96%.

Pytanie nr 6: 1. Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu z roku produkcji 2023. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza koncentratory tlenu wyprodukowane w latach: 2021 - 2024.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu