

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MONTOWANEGO NA STAŁE

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPEŁYWOWA Z ZEWNĘTRZNYM PROMIENNIKIEM

Wymagania:

1. Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania
2. Możliwość działania w trakcie pobytu osób w pomieszczeniu
3. Wewnętrzny element emitujący promieniowanie 2 x TUV 30 W
4. Jeden promiennik bezpośredniego działania 1 x TUV 30 W
5. Wymuszony przepływ powietrza
6. Obudowa ze stali kwasoodpornej
7. Obudowa IP20
8. Zasilanie 230 V
9. Pobór mocy około 120 VA
10. Mocowanie sufitowe
11. Żywotność promienników minimum: 8 000 h
12. Licznik czasu pracy
13. Atest PZH