



Opole, 15.04.2025r.

Nr sprawy : **NZP.2800.10.1.2025-TP.AK**

WYJAŚNIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiot stanowi: „**Zakup i dostawa klinicznego cyfrowego ultrasonografu dla SP ZOZ OCO w Opolu**” Nr postępowania **NZP.2800.10.2025-TP**

Działając w oparciu o art. 284 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2024 poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej Załączników.

Pytania I

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 35 wymagane parametry techniczne

Wnosimy o sprostowanie czy opis parametry w pkt. 35 – tryb wizualizujący mikroprzepływy..... ma być inny niż w pkt. 35

Czy Zamawiający nie powinien w tym miejscu napisać – „inny niż w pkt.34” ?

Czy nie nastąpiła tu omyłka pisarska ? Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w Załączniku nr 2.1 OPZ do SWZ w pkt. 35. Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki i pkt 35 otrzymuje brzmienie : „Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału (inny niż w pkt.35 **34**)”.

Opracowali:

M. Biernat
B. Widz-Tomala
K. Plebanek
A. Kubów

Zatwierdził:

Marek Staszewski
Dyrektor

Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

/dokument podpisany elektronicznie/