

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie 1) Zestaw instrumentarium kompatybilne z endoskopem Karl Storz**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane i oceniane	Parametry oferowane	Maksymalny termin dostawy
1	Kleszcze chwytające typu RoBi KELLY, bipolarnie, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm,	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
2	Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
3	Rurka ssąco-płuczająca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
4	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm typu NCS	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
5	Manipulator maciczny model CLERMONT-FERRAND - kompletny zestaw	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
6	Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
7	Zestaw uszczelki do rektoskopu operacyjnego	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych
8	Instrument BERCI do zamykania powięzi, do zamykania wkluc po	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną		90 dni kalendarzowych

	trokarach, rozm. 2,8 mm, dł. 17 cm	pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		
9	Imadło KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm	Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji		90 dni kalendarzowych

<sup>1</sup>Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ