

E.ZP.261.18.2024

## **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę gazów medycznych w zbiornikach i butlach wraz z ich najmem.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1:**

**Pytanie (dot. pakietu 2 – Lp. 1):**

Czy Zamawiający butle 2 l w pakiecie 2 w Lp. 1 miał na myśli lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu o proponowanym opisie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SWZ, ale go nie wymaga.

**Pytanie 2:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 8 ust. 2 – prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 3:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 9 – prosimy o dodanie ust. 8 w brzmieniu: „całkowita odpowiedzialność Stron nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego w ramach danego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 4:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 9 – prosimy o dodanie ust. 9 w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 5:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 9 – prosimy o dodanie ust. 10 w brzmieniu: „Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w sytuacji, w której wynika to z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności z przyczyn związanych z wystąpieniem okoliczności siły wyższej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 6:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 10 ust. 2 – prosimy o zmianę fragmentu: „bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie.” Na „po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 7:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 11 ust. 2 pkt 1 – prosimy o doprecyzowanie, co oznacza powtarzająca się.

**Odpowiedź:**

Zamawiającym dokonuje modyfikacji par. 11 ust. 2 pkt 1 w sposób następujący:

„1) powtarzającej się, tj. takiej która wystąpiła więcej niż jeden raz, złej jakości przedmiotu umowy”

**Pytanie 8:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Par. 11 ust. 2 pkt 3 – prosimy o wykreślenie punktu. Może być ciężko stwierdzić, czy reklamacja została rozpatrzona w sposób zasadny czy bezzasadny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 9:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez w/w osoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Pytanie 10:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 9 ust. 2 - prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 11:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 10 ust. 3 – 1% brutto pakietu za każdą godzinę jest bardzo wysoką karą. Prosimy o zmianę na 0.1%.kwoty za każdy dzień opóźnienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 12:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 10 – prosimy o dodanie ust. 9 w brzmieniu: „całkowita odpowiedzialność Stron nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego w ramach danego pakietu”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 13:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 10 – prosimy o dodanie ust. 10 w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 14:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 10 – prosimy o dodanie ust. 11 w brzmieniu: „Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w sytuacji, w której wynika to z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności z przyczyn związanych z wystąpieniem okoliczności siły wyższej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 15:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 11 ust. 2 – prosimy o zmianę fragmentu: „bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie.” Na „po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 16:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 12 ust. 2 pkt 1 – prosimy o doprecyzowanie, co oznacza powtarzająca się.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 12 ust. 2 pkt 1 w sposób następujący:

„1) powtarzającej się, tj. takiej która wystąpiła więcej niż jeden raz, złej jakości przedmiotu umowy”

**Pytanie 17:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Par. 12 ust. 2 pkt 3 – prosimy o wykreślenie punktu. Może być ciężko stwierdzić, czy reklamacja została rozpatrzona w sposób zasadny czy bezzasadny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 18:**

UMOWA DOSTAWY 23 Z TP 24 / 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez w/w osoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*