



INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 - dotyczy pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści ubrania operacyjne: bluza+spodnie j.uż, niesterylne przeznaczone do stosowania przez personel medyczny na salach operacyjnych w kolorze niebieskim, wykonane w całej powierzchni włókniny SMS 100 % o gr. Min 42g/m2: górna część kompletu bluza z dwoma lub trzema kieszeniami, jedna kieszeń górna po lewej stronie bluzy, dwie dolne kieszenie o rozm. 18x18cm(+/-2cm) krótki wszywany rękaw podwijany i obszty przy szyi wykończenie V lub U ,obszty lamówką, spodnie nogawki bez ściągaczy podszyte, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny , każde cięcie podwinięte i obszty bez żadnych strzępiń , komplet pakowany osobno w foliową torbę, opakowanie zbiorcze max50 kpl. rozmiar od XS DO XXL materiał ubrania musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakiet nr 7,poz.2

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny , wymiary fartucha 69 cm x 107 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakiet nr 12,poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE > 98%; PFE > 98% aerozoli biologicznych, charakteryzującą się parametrami : wytrzymałość na zerwanie > 10N; oddychalność <60 Pa/c m2, odporność na zachłapanie >16 KPa; obciążenie biologiczne <30 CFU/g; zgodne z normą ISO 14683:2019, w zakresie ciśnienia różnicowego: Pa/cm2 <40 Pa/cm2 ?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 4 - dotyczy pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 240 mm, rękawice chlorowane od wewnątrz, bez polimeryzacji od strony roboczej. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1. Rękawice pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 - dotyczy pakiet nr 3

Zamawiający wymaga w ww. pozycji rękawic diagnostycznych niesterylnych, posiadających deklarację zgodności oraz certyfikat CE. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wystarczającym będzie posiadanie deklaracji zgodności. Certyfikat CE jest bowiem wymagany zgodnie z ustawą dla wyrobów jałowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakiet nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców (bez mikrotekstury) oraz o grubości na palcu min. 0,12 mm. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7 - dotyczy pakiet nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych dostępnych w rozmiarach XS-XXXL.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy pakiet nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych zgodnych z aktualnie obowiązującą normą EN 13795-2 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). Rękawy bluzy oraz nogawki spodni podwinięte i obszyte, dół bluzy ucięty nie strzępiący się.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 9 - dotyczy pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 240 mm zgodnie z obowiązującą normą EN 455-2, pakowane po max 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 10 - dotyczy pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co oznacza, że rękawica diagnostyczna ma być wzmocniona?
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt.

Odpowiedź: Określenie „wzmocniona” oznacza grubszą ścianę ochronną, wydłużony mankiet dzięki czemu lepiej zabezpieczają personel/użytkownika przed infekcjami.

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 11 - dotyczy pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,12 mm, opakowanie max. 100 szt. Jednocześnie nadmieniamy, że norma EN 374-3 nie jest już aktualna, zastąpiła ją norma EN 16523-1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 12 - dotyczy pakietów nr 2,3,4,6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dodatkowego przedmiotowego środka dowodowego w formie próbek w celu potwierdzenia wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

