

Ameryka, dn. 29.11.2024r.

L. dz. 3449/24

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego nr ZP/09/TP/2024.: „**Dostawy sprzętu jednorazowego do wykonywania zabiegów termolezji stawów międzykręgowych wraz z dzierżawą aparatu**”.

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) odpowiada na przesłane pytania przez Oferentów:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści generator do termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym o następujących parametrach, równoważny do opisanego w załączniku nr 6, SWZ: System do Termolezji RF?

1.	Aparat przeznaczony do zabiegów termolezji jedno i wieloelektrodowej
2.	Możliwość wykonywania lezji w min. 4 punktach jednocześnie oraz w regulowanych odstępach czasu. Aparat 4-kanałowy
3.	Mono i bipolarne radiowe promieniowanie elektromagnetyczne
4.	Rodzaje termolezji będące na wyposażeniu aparatu. standardowy, pulsacyjny, bipolar, z możliwością rozszerzenia do chłodzonej termolezji.
5.	Termolezja ciągła: - temperatura automatyczna regulowana w zakresie min. 38-95 st.C, - moc 80 W ?
6.	Termolezja pulsacyjna: - temperatura automatyczna regulowana w zakresie min. 38-45 st.C, - częstotliwość regulowana w zakresie min. 1-10 Hz, - długość fali regulowana w zakresie min. 10-100 ms,
7.	Generator o częstotliwości pracy 460,8 kHz
8.	Regulacja czasu trwania lezji w zakresie min. 5 s – 15 min.
9.	Stymulacja: czuciowa i motoryczna, kontrola ręczna lub automatyczna, częstotliwość: 2–200 Hz, długość fali 0,1–1 ms, napięcie/natężenie: 0,01-0,2 V/mA

10.	Wyświetlacz dotykowy LCD umożliwiający wybór opcji generatora i ustawiania parametrów pracy aparatu
11.	Wskaźnik na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod jednocześnie
12.	Zasilanie sieciowe 230V
13.	Jednorazowa elektroda neutralna współpracująca z urządzeniem

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o w/w parametrach wraz z kompatybilnymi elektrodami o ile pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego nie ulegną zmianie.

W związku z dopuszczonymi parametrami, Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 6 do SWZ formularz parametrów wymaganych i ocenianych.

Z upoważnienia Dyrektora,