

Wałbrzych, dnia 04.12.2024r.

DZPZ-530-Zp/78/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa masek termoplastycznych dla Centrum Radioterapii oraz dostawa materiałów medycznych dla oddziałów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/78/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy i które spełniają zasady konkurencyjności oraz zachowują funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, proponujemy igłę Hubera z osłoną zabezpieczającą przed samozakłuciem- osłonka na ostrzu igły jest systemem zabezpieczającym, który chroni użytkowników przed przypadkowymi skaleczeniami i zakażeniami. Osłonka pokrywa ostrze igły i zapobiega przypadkowym skaleczeniom, a także utrzymuje igłę w sterylnych warunkach, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń- zamiast z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem personelu aktywowanym jedną ręką, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły (patent jednego wykonawcy uniemożliwiający składanie ofert konkurencyjnych). Pozostałe parametry igły jak w opisie.



Pozostałe parametry igły jak w opisie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga systemu automatycznego ciśnienia podczas wyciągania igły.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości, równoważne zestawy do wykonywania USG - z bezłateksową osłoną na głowicę 15 x 120-122 cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza osłonę 15 x 120-122 cm jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ i zawiera wszystkie elementy wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż sterylny żelu USG wymagany w SWZ to saszetka z min. 20g żelu, a serweta będąca elementem składowym zestawu to serweta w rozmiarze min. 30x30cm, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do USG: Żel 20 ml, długa osłona głowicy 120x15cm, 2 gumki nie zawierające latexu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozszerzonego zestawu.

Pytanie nr 5,

Zgodnie z zapisami SWZ, pkt VII, ppkt 4b - Zamawiający wymaga złożenia dowodów / referencji, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Jednocześnie w zał. nr 4 JEDZ w sekcji C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA, pkt 1b został wykreślony. Proszę o wyjaśnienie dlaczego, gdyż Wykonawca powinien przedstawić informacje w SWZ w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Odp. Zamawiający stosuje tak zwany skrócony JEDZ i wymaga tylko w cz. IV ogólnego oświadczenia wszystkich kryteriów kwalifikacji i dlatego też wykreślił sekcję od A do D w cz. IV, jest ono oświadczeniem ogólnym i mówi czy Wykonawca spełnia wszystkie kryteria kwalifikacji. Dlatego też Zamawiający będzie żądał dowodów/referencji przy wezwaniu o dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, aktualnych na dzień ich złożenia.

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 4 poz.1

Zwracamy z prośbą o dopuszczenie do wyceny sterylnego zestawu do osłony głowicy gdzie bezlateksowa osłona na głowicę ma wymiary 15x122 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.

Pytanie nr 7, dot. projektu umowy załącznik 3b do SWZ, §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Jednak

różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 8, dot. projektu umowy załącznik 3b do SWZ, §3 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez

Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.” Obciążanie wykonawcy kosztami zakupu zastępczego przy jednoczesnym naliczaniu kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy oznacza de facto podwójne karanie wykonawcy za to samo przewinienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 6

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnego, jałowego, apirogenego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym? Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, obj. minimalna 216 ml, obj. maksymalna 300 ml, nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy przenośny system infuzyjny powinien zabezpieczać pacjenta przed zatorem powietrznym, tj. powinien umożliwiać usunięcia pęcherzyków powietrza ze ścieżki płynu, który znajduje się w drenie?

Odp. Przenośny system infuzyjny powinien być bezpieczny dla pacjenta, uniemożliwiać powstanie zatoru powietrznego. Zamawiający nie określa sposobu zabezpieczenia.

Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy dla bezpieczeństwa pacjenta przenośny system infuzyjny powinien posiadać obudowę i dren który chroni leki światłoczułe?

Odp. Zamawiający wymaga obudowy zapewniającej ochronę leków przed promieniowaniem UV.

Pytanie nr 12, dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony sondy 122x15 cm, dwie elastyczne gumki. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuści, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe warunki zawarte w SWZ.

Pytanie nr 13, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 załącznika asortymentowo-cenowego Pakiet nr 3 Probówkostrzykawkę do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie (kulki), o pojemności 4,9 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 3

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 5 załącznika asortymentowo-cenowego Pakiet nr 3 probówko-strzykawkę do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie (kulki), o pojemności 4,0 ml bez etykiety.

Odp. Zamawiający dopuścił w pytaniu powyżej.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje złożenia próbek produktowych dla pakietu nr 3? W rozdziale nr VIII „Przedmiotowe środki dowodowe” Zamawiający określił próbki jako przedmiotowy środek dowodowy m.in. dla Pakietu nr 3, natomiast w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” nie został określony taki wymóg, ani też wymagana ilość próbek. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 7 pod kątem wymogu złożenia próbek.

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje złożenia próbek zgodnie z SWZ dla pakietu nr 3 po jednej sztuce do każdej z pozycji.

Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania próbek w zakresie pakietu nr 3? Do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe składane będą ulotki/katalogi, dodatkowym argumentem niech będzie fakt, że Zamawiający korzysta już z systemu zamkniętego pobierania krwi w ramach umowy z 2022 roku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający zgodnie z SWZ wymaga złożenia próbek wraz z ofertą.

Pytanie nr 17, dot. projektu umowy 3a § 2 ust. 5.4

Dot. zapisów umowy § 2 ust. 5.4 - załącznik nr 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymogu dostarczania przedmiotu zamówienia wraz z ulotkami?

Ulotki zostaną złożone wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy a opakowania handlowe nie zawierają żadnych ulotek.

Odp. Jeżeli pytanie miało dotyczyć pakietu nr 3 i projektu umowy 3c która go dotyczy to wtedy Zamawiający odpowiada, że dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 18, dot. projektu umowy 3a § 3 ust.2

Dot. zapisów umowy § 3 ust. 2 - załącznik nr 3a

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 2 i poprzez dopisanie: „(...) na własny koszt i ryzyko przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200,00 zł netto. (.....).” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 19, dot. projektu umowy 3a § 6 ust. 4

Dot. zapisów umowy § 6 ust. 4 - załącznik nr 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489941