

D.25C/250/822/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO RODZAJU NA POTRZEBY SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/252/N/39-78rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Zadanie 8 – Elektroda EKG do bieżni do prób wysiłkowych

Czy ze względu na przeznaczenie elektrody EKG (Elektroda do prób wysiłkowych do bieżni), Zamawiający będzie oczekował, aby złącze do podłączenia przewodu EKG było przesunięte względem czujnika elektrody, które to rozwiązanie ogranicza występowanie artefaktów ruchowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rozumie, że chodzi o zad. 9. Zamawiający wymaga aby złącze do podłączenia przewodu EKG było przesunięte względem czujnika elektrody, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.


2. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 2

Zadanie 11 – Elektrody do aparatu do elektromanometrii układu moczowego

Prosimy o dopuszczenie

Elektroda ze stałym żelazem, wymiary 22 x 30 mm, podłoże z "oddychającej" włókniny, złącze typu K 1,5mm, na kabelku 50 cm, do średnio i długookresowego monitorowania, torebka 30 szt. (opakowanie handlowe: 20 torebek)



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.


3. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 3

Zadanie 12 – Elektrody EKG do aparatu do elektromanometrii układu moczowego

Prosimy o dopuszczenie

Elektrody EKG ze stałym żelazem na podłożu z "oddychającej" włókniny. Wymiar 22 x 30 mm, wtyczka 4 mm na kabelku 50 cm. Opakowanie. 12 szt (całkowita ilość 500 torebek po przeliczeniu), pasujące do aparatu Picosmart -Split - Prestige będącego w posiadaniu Zamawiającego.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 500 op.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 8 Koce grzewcze do urządzenia Mistral Air, będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Poz. 1,2, 3

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych -Mistral-Air (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 8 Koce grzewcze do urządzenia Mistral Air, będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Poz. 1,2, 3

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 8 Koce grzewcze do urządzenia Mistral Air, będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 8 Koce grzewcze do urządzenia Mistral Air, będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na górną część ciała ARM IN (120 x 100 cm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.



8. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 8 Koce grzewcze do urzędzenia Mistral Air, będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urzędzenia i produkty medyczne

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kotłerek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 9 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 50 op., gdzie opakowanie stanowi torebka = 25 szt. czy należy wycenić 50 opakowań handlowych, a więc op. = 20 x torebka=25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż należy wycenić opakowanie handlowe tj. op. = 20 x torebka = 25 szt.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dzień dobry,

czy w zadaniu 14 Zamawiający dopuści wężyk o długości 120 cm, pozostałe parametry b/zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1 – Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki wykonane z folii polietylenowej o grubości 0,30 mm (podwójne dno, waga jednej warstwy 0,15 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurki intubacyjnej o parametrach

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów
- Uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy
- Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej
- Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki)
- Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie typu
- papier/folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści opaskę stabilizującą do rurki tracheostomijnej

- opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym
- na każdej części występują paski mocującego z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do
- skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej
- krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany na elastycznej białej gumce co umożliwi dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizujące
- rurkę tracheostomijną
- hipoalergiczną



- jednorazowego użytku
- niejałowy
- okres trwałości: 5 lat

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 9, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę pakowaną w 50 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 9, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści mocowanie do rurek tracheostomijnych bez możliwości docięcia, za to z możliwością dopasowania długości poprzez regulację miejsca zapięcia końcówek opaski za pomocą rzepów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kołnierze ortopedyczne dla dorosłych wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego oraz pianki PE, materiały niewidoczne w promieniach X. Podbródek wstępnie uformowany, wymiary kołnierza: 560 x 150 mm, ilość stopni regulacji: 16, kolor: biały, jasnoszary, niebieski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kołnierze ortopedyczne dla dzieci wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego oraz pianki PE, materiały niewidoczne w promieniach X. Podbródek wstępnie uformowany, wymiary kołnierza: 480 x 130 mm, ilość stopni regulacji: 3, kolor: biały, jasnoszary, pomarańczowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 200 op., gdzie opakowanie stanowi torebka = 30 szt. czy należy wycenić 200 opakowań handlowych, a więc op. = 20 x torebka=30 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej i należy wycenić 200 op., gdzie 1 op. = 1 torebka = 30 szt.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 9

Elektroda EKG do bieżni do prób wysiłkowych CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do EKG jednorazowego użytku, z płynnym żel zapewniającym bardzo małą impedancję skóry i zwiększającym bezpieczeństwo dzięki krótkiemu czasowi powrotu skóry do stanu prawidłowego po zdjęciu elektrody i stykiem Ag/AgCl, podłoże piankowe jest wodoodporne i zmywalne, silnie przylepna; B. mocny, łagodny dla skóry klej (wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), szczególnie zalecana do prób wysiłkowych i badania holterowskiego, rozmiar 50x45 mm , ze



znak: D25C/252/N/39-78rj/24


złączem zatrzaskowym , całkowita powierzchnia 1730 mm² , powierzchnia żeluz 346 mm² , grubość 1mm ,
odporność na odrywanie 19N. Pakowane po 30 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ
ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

OS. ZABOJNICZÓW 100 81-100

mgr Monika Kluska

