

Kraków, 16.09.2024 r.

DZ.271.68.987.2024  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 32  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

dotyczy postępowania: **DZ.271.68.2024 pn. Dostawa łóżek i kardiomonitorów oraz aparatury diagnostyczno-rehabilitacyjnej dla potrzeb Szpitala**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane kolejne pytania:

#### **PAKIET II - Respirator wysokiej klasy - 1 sztuka**

##### **Pytanie 1.**

Pkt. 115. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wielorazowy czujnik saturacji w technologii Masimo?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

1

#### **PAKIET IX - Wózki, stoliki, parawany, taborety, kosze**

##### **Pytanie 2.**

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr IX, Wózek anestezyjologiczny - 1 szt.

Czy Zamawiający zamiast podstawy stalowej z osłoną z tworzywa ABS dopuści równie funkcjonalną i wygodną w użytkowaniu podstawę stalową lakierowaną proszkowo w kolorze białym ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 3.**

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr IX, Stolik pod aparaturę typ 1 - 1 szt

Prosimy o weryfikację czy aby na pewno stolik ma zawierać uchwyt na do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej. Tego typu wyroby zwykle wykorzystywane są pod aparaturę medyczną ,a nie jako zabiegowe.

**Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania stolik bez uchwytu do pojemnika na zużyte igły wykonanego ze stali kwasoodpornej.**

##### **Pytanie 4.**

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr IX, Stolik oddziałowy typ 2 - 2 szt.

Prosimy o odstępianie od wyposażenia stolika w stelaż do worka na odpady lakierowany proszkowo na biało z pokrywą z tw. sztucznego w kolorze białym. Wózek ten będzie wyposażony już w kosz kolanowy i nie ma konieczności, aby dublować wyposażenie pełniące taką samą funkcję.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 5.**

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr IX, Kosz na odpady typ 1 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści głębokość kosza (stelaża na odpady) 440 mm? Wymiar ten przekracza tylko o 10 mm dopuszczalną tolerancję określoną przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6.**

Pytanie nr 5 dot Pakietu nr IX, dotyczy wszystkich pozycji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu i uruchomienia ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia dostarczany jest złożony, gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7.**

Pytanie nr 6 dot Pakietu nr IX, dotyczy poz. 14, 15, 16

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dla produktów, które nie zostały sklasyfikowane przez producenta jako wyroby medyczne (poz. 14, 15, 16) Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dostarczenia deklaracji zgodności, ze względu na fakt iż oznakowaniu CE podlegają wyroby, co do których odnoszą się Dyrektywy nowego podejścia, tj: 89/686/EWG, 90/385/EWG, 92/42/EWG, 93/42/EWG, 98/79/WE, 305/2011, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2006/42/WE, 2009/48/WE, 2009/125/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET X - Drobny sprzęt medyczny**

**Pytanie 8.**

Termin realizacji – pakiet X

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 12 tygodni od daty zawarcia umowy dla szafy z pakietu 10. Pragniemy zauważyć, iż szafy na leki są wyrobem produkowanym na zamówienie, a czas ich produkcji jest niemożliwy do skrócenia. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9.**

Pyt.1 - Poz.5, Poz.9\_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy lekowej z płyty laminowanej, której skrzydła drzwi są do wyboru w 9 kolorach, natomiast korpus w uniwersalnym kolorze jasnej szarości.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10.**

Pyt.2 - Poz.15\_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy o wymiarach zewnętrznych wynoszących 1000 x 600 x 1950 mm (dł. x szer. x wys.), jedynie minimalnie odbiegających od wymaganych.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 11.**

Pyt.3 - Poz.17\_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy, wyposażonej w 10 szt. półek w module, co jest parametrem wyższym od wymaganego.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **PAKIET XIII - Drobnny sprzęt medyczny**

#### **Pytanie 12.**

PYTANIE nr 1 dot. pkt . .1 Wózek sanitarno-prysznicowy - 5 szt.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wózek sanitarno-prysznicowy o:

- maksymalnym obciążeniu 100 kg
  - Wysokości całkowitej 88 cm
  - Wysokości siedziska 47 cm
  - koła o średnicy : przednie 10,16 cm , tylne 15,24 cm
- pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 13.**

PYTANIE NR 2 dot. pkt.4 Ciśnieniomierz elektroniczny – 20 szt.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na ciśnieniomierz o poniższych parametrach

-automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny wykorzystujący metodę pomiaru oscylometryczną / bez metody Korotkowa/

- z zakresem wskazań 0-299 mmHg
  - z zakresem pomiaru : ciśnienie skurczowe (SYS) 60-260 mmHg
  - bez określenia wartości średniej z 7 dni oraz całkowitej średniej
  - z mankietem INTELLI WRAP który można dopasować do ramienia o obwodzie 22-42 cm (rękaw wyróżnia się precyzyjną strefą pomiarową , obejmującą całą powierzchnię , co redukuje do minimum ryzyko niewłaściwego założenia mankieta. Dodatkowo ciśnieniomierz wyświetla specjalną ikonę pokazującą , czy rękaw został prawidłowo założony na rękę )
- pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 14.**

PYTANIE NR 3 dot. pkt.4 Ciśnieniomierz elektroniczny – 20 szt.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na ciśnieniomierz o parametrach :

-automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny wykorzystujący metodę pomiaru oscylometryczną / bez metody Korotkowa/

- z zakresem wskazań 0-299 mmHg
- z zakresem pomiaru : ciśnienie skurczowe (SYS) 60-260 mmHg
- pojemność pamięci 2 x100 pomiarów , pokazuje średnią tygodniową dla pomiarów wieczornych i porannych
- z mankietem INTELLI WRAP o obwodzie 22-42 cm

(rękaw wyróżnia się precyzyjną strefą pomiarową , obejmującą całą powierzchnię , co redukuje do minimum ryzyko niewłaściwego założenia mankieta. Dodatkowo ciśnieniomierz wyświetla specjalną ikonę pokazującą , czy rękaw został prawidłowo założony na rękę )

pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 15.**

PYTANIE NR 4 pkt.5 INHALATOR PNEUMATYCZNY - 15 szt.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na inhalator o szybkości inhalacji 0,5 ml/min.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na inhalator o pojemności nebulizatora 6 [ml]

pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16.**

PYTANIE NR 5 pkt.8 WÓZEK LABORATORYJNY - 3 szt.

Czy zamawiający dopuści wózek laboratoryjny posiadający :

- 3 półki o wymiarach 65x46x14 cm
- Wymiary wózka : 81 x 72 x 99 cm
- Waga wózka 12,8 kg

pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17.**

PYTANIE NR 6 pkt.8 WÓZEK LABORATORYJNY - 3 szt.

Czy zamawiający dopuści wózek laboratoryjny o poniższych parametrach :

- Stabilna konstrukcja wykonana - Materiał - Płyta ABS, i rura ze stali nierdzewnej
- 2 półki o wymiarach 65 x 46 x 14 cm, posiadające rurki boczne z 3 stron
- Szuflada o wymiarach 18 x 35 x 8 cm,
- 4 koła wykonane z plastiku (ABS+PCV) z dwoma hamulcami + uchwyt do pchania,
- Wszechstronny obracany o 360° kosz do wygodnego wyrzucania śmieci,
- Nośność do 20 kg,
- Wymiary wózka (D x S x W) - 82 x 52 x 91 cm
- Waga wózka - 9.2 kg

Stabilna konstrukcja wykonana - Materiał - Płyta ABS, i rura ze stali nierdzewnej.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18.**

PYTANIE NR 1 pkt.8 WÓZEK LABORATORYJNY - 3 szt.

Czy zamawiający dopuści wózek laboratoryjny o poniższych parametrach wykonany jest z wysokiej jakości lekkiego i estetycznego materiału ABS, co zapewnia łatwe czyszczenie i dezynfekcje.

wyposażony jest w 4 kółka jezdne (w tym 2 z blokadą)  
górną półką została wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach (relingi te zabezpieczają przed zsunięciem się przedmiotów.)

Pod górną półką zamontowana szuflada

Wózek wyposażony w 2 pojemniki na odpady

WYMIARY WÓZKA :

- długość: 625mm
- szerokość: 475mm
- wysokość: 930mm

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie 19.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4:

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % **niezrealizowanej** kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.
2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości

10 % **niezrealizowanej** kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% **wadliwej części przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

7. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % **wadliwej części przedmiotu umowy**, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki".

8. W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości **10 %** wartości zamówienia podanego w §2 ust. 1. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości **15%** wartości zamówienia o której mowa w §2 ust. 1.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 20.**

Umowa § 4 ust. 1

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 21.**

Umowa § 4 ust. 7

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 42 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. Pragniemy zauważyć, iż wymagany przez Zamawiającego termin jest niewystarczający w przypadku wyrobu tj. szafy na leki.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 22.**

Pytania do wzoru umowy „umowa (wzór dla pakietów I – III)”

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 23.**

Pytania do wzoru umowy „umowa (wzór dla pakietów I – III)”

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% kwoty brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 24.**

Pytania do wzoru umowy „umowa (wzór dla pakietów I – III)”

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 25.**

Pytania do wzoru umowy „umowa (wzór dla pakietów I – III)”

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust.1 Umowy?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 26.**

Pytania do wzoru umowy „umowa (wzór dla pakietów I – III)”

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8

Opisana w w/w ustępie kara jest naszym zdaniem rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości 5% wartości zamówienia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz do wysokości 10% wartości zamówienia opisanego w par. 2 ust.1 za zaniechanie przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego powyżej?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 27.**

Pytania do wzoru umowy „umowa (wzór dla pakietów I – III)”

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji jak również innych dokumentów w wersji elektronicznej?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 28.**

Pytania do wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla pakietu I-III

par. 2 ust. 10 lit. c – wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie par. 2 ust. 10 lit. c:

*„bezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu **48 godzin** od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem; (...)”*

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

Z poważaniem

Lek. Ziemowit Wroński  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa