

*E.ZP.261.30.2024*

## **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę opatrunków i szpitalnych wyrobów jałowych.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1**

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice zostały pogrubione i podkreślone)?

Zestaw obłożeń chirurgicznych, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach **15** x 50 cm (+/- 0,5 cm) **i dwa podwójne organizatory przewodów**  
Gramatura laminatu podstawowego **55** g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąaty chłonnej 110 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia zgodny z z normą wysokiej PN EN 13795 .

Zestaw powinien posiadać minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i **nazwę marki**.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach pokryta klejem **hipoalergicznym**, szerokość min **4** cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów). Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu podwójnie w **wewnątrz dyspenser kartonowy** oraz karton.

Zawierający:

- 1 taśmę samoprzylepną 9 cm x 50 cm,
- 1 serwetę na stolik Mayo **79** cm x 145 cm,
- 4 ręczniki **30,5x34** cm,
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75cm x 90 cm,
- 1 samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną 180 cm x 180 cm,
- 1 samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną **150** cm x 240 cm,
- 1 serwetę na stół do instrumentarium 150 cm x 190 cm,
- jedna kieszeń samoprzylepna (1 lub 2 sekcje), - dostarczana oddzielnie

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o opisanym składzie.

**Pytanie 2**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. 1-2 do SWZ).

**Pytanie 3**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm, taśma lepna 5cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm, taśma lepna 5cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm, taśma lepna 5cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190

+ 1 kieszenie 1-komorowe 30x40cm pakowane osobno?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego zestawu.

**Pytanie 4**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu sterylizowanego radiacyjnie.

**Pytanie 5**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego zestawu, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie 6**

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania serwety w opisanym rozmiarze.

**Pytanie 7**

Pakiet 3

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr. 3 zestaw pakowany do transportu podwójnie w karton oraz karton zamiast worków foliowych oraz karton. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowanego rodzaju pakowania do transportu.

**Pytanie 8**

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunku na opakowania po 50 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. 1-2 do SWZ).

**Pytanie 9**

Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga wyceny za 1 opakowanie zawierające 2 kompresy.

**Pytanie 10**

Dot. części 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> (łącznie

gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>), odporność na przeniknięcie cieczy ( zg. z EN 20811) – min. 240 cm H<sub>2</sub>O . Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nie repositionowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego powyżej zestawu.

### **Pytanie 11**

Dot. części 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>( łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>), odporność na przeniknięcie cieczy ( zg. z EN 20811) – min. 240 cm H<sub>2</sub>O . Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu,
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, wzmocniona
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm

- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nie repositionowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego powyżej zestawu.

### **Pytanie 12**

Zadanie 3 - Zestaw obłożeń chirurgicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego zestawu uniwersalnego, o poniższej charakterystyce?:

Zestaw uniwersalny wzmocniony:

1 x serweta na stolik instrumentarium, wymiary 190 x 150 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 66 cm, masa powierzchniowa min. 84 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%), chłonność min. 400%

1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 82 g/m<sup>2</sup> (+/- 2 g/m<sup>2</sup>), wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm)

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200x 170cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

2 x ręczniki z włókniny kompresowej min. 40 g/m<sup>2</sup>, chłonności min. 800% - 20 x 40 cm

Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łętami chłonnymi o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 125 g/m<sup>2</sup> (łącznie z warstwą kleju zespalającego łętę chłonną z laminatem podstawowym). Barrierowość dla wody min. 150 cm H<sub>2</sub>O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 170 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym min. 66 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o opisanym składzie.

**Pytanie 13**

Dot. treści proj. umowy:

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie kar umownych w § 8 ust. 1 na proponowane:

„W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i niezgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający skorzysta z uprawnień określonych w § 4 ust. 13 umowy. Kary będą naliczane do czasu realizacji prawidłowej dostawy lub wymiany towaru lub do czasu nabycia zastępczego.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy.

**Pytanie 14**


Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści • Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup>
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu o opisanym składzie.

**Pytanie 15**

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm lub 100 x 120 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania serwety w rozmiarze 75 cm x 90 cm. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania serwety o rozmiarze 100 cm x 120 cm.

**Pytanie 16**

Pakiet 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu, który zawiera serwetę w rozmiarze 150 cm x 250 cm? Zestaw o gramaturze laminatu podstawowego min. 57, 4 g/m<sup>2</sup> oraz całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łąły chłonnej min. 109 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o opisanym składzie.

**Pytanie 17**

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 110 cm x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowanie serwety o podanym rozmiarze.

**Pytanie 18**

Pakiet nr 3

Pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu będącego wyrobem medycznym ze spełnieniem opisanych w SWZ wymagań.

**Pytanie 19**

Pakiet 3 Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestaw obłożeń o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 cm x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 cm x 33 cm

Zestaw obłożeń chirurgicznych, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa).

Gramatura laminatu podstawowego min. 55 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia zgodny z z normą wysokiej PN EN 13795 .

Zestaw powinien posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane producenta.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach o szerokości min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów). Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu w karton.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opisanego zestawu, przy zachowaniu gramatury całkowitej min. 109,5 i posiadaniu koszeni samoprzylepnej.

**Pytanie 20**

Pakiet 4

Pozycje 1-3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej o gramaturze włókniny łącznie z folią min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaferowania opisanej serwety.



**UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*