

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280
<http://www.onkol.kielce.pl/>
zampubl@onkol.kielce.pl, agnieszkajan@onkol.kielce.pl

Kielce, dn. 24 kwietnia 2025 r.

IZP.2411.62.2025.AJ

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zadanie nr 3: Fotel ginekologiczny – 1 szt.
Dot. Pkt. 30 Wymiary: Szerokość max. 73 cm
Czy Zamawiający dopuści szerokość maksymalną 76.5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik 4c, zadanie nr 3, punkt 30
Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel ginekologiczny, którego maksymalna szerokość konstrukcji fotela bez regulowanych podnóżków wynosi 77cm a maksymalna szerokość podstawy wynosi 60cm? Szerokość taka jest wystarczająco komfortowa dla pacjentki, a jednocześnie umożliwia instalację fotela również w pomieszczeniach o wąskim dostępie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak