



Poznań, dnia 03.09.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-61/24

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawów minihisteroresektoskopowych <15 Fr-4szt., zestawów minihisteroresektoskopowych <19 Fr – 5 szt., zestawu do
cystoskopii – 1 szt., cieplarki – 1 szt. wraz z montażem i szkoleniem

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Prosimy o ujednoczenie rozbieżności między treściami Załącznika nr 4 do SWZ - Wzoru umowy § 4 pkt 2

Zakres
.....
Montaż/instalacja
Szkolenie

oraz Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego

Zakres
.....
Montaż/instalacja/aplikacja
Szkolenie

na:

Zakres
.....
Montaż/instalacja
Szkolenie

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Zestaw minihistero-resektoskopowy <19 Fr, 5 zestawów Pozycja 14

Zamawiający wymaga:

Elektroda nożowa do zestawu <19 FR, prosta, zagięta pod kątem 90 stopni, bipolarna, jednorazowa.

Czy zamawiający dopuści:

Elektroda nożowa do zestawu <19 FR, prosta, zagięta pod kątem 30 stopni, bipolarna, jednorazowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

