



**INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„Dostawa środków opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, smoczków i żelu znieczulającego”.

**Pytanie 1, pakiet 4, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wyspecyfikowanych opasek o rozciągliwości 85%?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną opaskę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 2, pakiet 4, poz. 9-11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych o czasie tężenia do 4 minut oraz o nasyceniu opaski min. 89% masą gipsową? Pozostałe parametrów bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowane opaski gipsowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 3, pakiet 4, poz. 9-11**

Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu?

***Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 4, pakiet 11, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wyspecyfikowanych kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanych kompresów z gazy 17-nitkowej.. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***


**Pytanie 5, pakiet 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowego zestawu opatrunkowego w którego składzie znajduje się:

– 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny w rozmiarze 15 x 20 cm zamiast 15 x 25 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 6, pakiet 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów w którego składzie znajduje się: – 1 x Nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm zamiast 11 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 7, pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania w którego składzie znajduje się:

- 1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 45 x 75 cm o gramat. min. 49 g/m<sup>2</sup>(owinięcie zestawu) zamiast 55 g/m<sup>2</sup>;

- 1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 75 x 90 cm z otworem 10 cm bez rozcięcia o gr. 49g/m<sup>2</sup> zamiast serwety 60 x 60 cm z otworem 5 cm o gr. 55g/m<sup>2</sup>?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 8, pakiet 14, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku małego w którego składzie znajduje się:

– 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, zielona 12,8 cm zamiast 12,5 cm;

– 1 x Pęseta anatomiczna, plastikowa, niebieska 12,8 cm zamiast 12,5 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 9, pakiet 14, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku w którego składzie znajduje się:

– 1 x pęseta plastikowa prosta anatomiczna 12,5 cm zamiast 12,8 cm

– 2 x kompresy z gazy 10 x 20 cm 12w 17n zamiast 16w 20n

– 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm zamiast 75 x 45 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 10, pakiet 14, poz. 7-9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych serwet chirurgicznych wykonanych z dwuwarstwowej pełnobarierowej zielonej włókniny o gramaturze min. 49 g/m<sup>2</sup>?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane serwety jałowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 11, pakiet 14, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wklucia centralnego w którego składzie znajduje się:

– 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 150 x 120 cm z otworem przylepnym 10 cm decentralnie zamiast 150 x 100 cm otwór 10 cm decentralnie

– 1 x ostrze skalpela nr 11 zamiast ostrza do obcinania szwów 6,5 cm

– 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm

– 1 x maska chirurgiczna z trokami zamiast gumek?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 12, pakiet 14, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wklucia centralnego w którego składzie znajduje się:

- 1 x ostrze skalpela nr 11 zamiast ostrza do obcinania szwów 6,5 cm
- 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw o podanym składzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13, pakiet 14, poz. 1-12**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych.. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14, pakiet 14, wymagania poniżej pakietu**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, których serwety min. 2-warstwowe wykonane są z materiału o gram. min. 49 g/mkw.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy z opisanymi serwetami. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15, pakiet 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narządów wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze min. 49 g/m<sup>2</sup> + warstwa chłonna o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> (łącznie min. 104 g/m<sup>2</sup>) i następującym składzie:

**CZĘŚĆ A**

- 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 100 x 90 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 90 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L z materiału SMS
- 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL z materiału SMS
- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm
- 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm przezroczysta
- 6 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x uchwyt typu rzep
- 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

**CZĘŚĆ B**

- 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta do klatki piersiowej 2-warstwowa wzmocniona 260 x 390 cm, otwór 40 x 95 cm z folią operacyjną.  
Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne
- 12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała
- 1 x marker skórny
- 1 x zestaw do przetoczeń 175 cm
- 1 x skalpel bezpieczny nr 11
- 1 x skalpel bezpieczny Nr 22
- 1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm
- 1 x strzykawką 3 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 1 x strzykawką 20 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 1 x strzykawką Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przezroczysta
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola



15 x chusta z gazy, chip RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola  
10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe  
10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitek  
5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitek  
1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka  
1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm  
1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm  
1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 200 cm  
1 x końcówka do ssaka Pool 30/10,00 CH/mm Tube-in-tube  
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)  
1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12 x 9 x 3,5 cm, 40 miejsc, czerwony piankowy  
10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta  
1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna  
1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy  
6 x przykrywka na pojemnik plastikowy  
1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm  
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm  
2 x pojemnik plastikowy 27 x 22 x 5 cm niebieski  
1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką  
6 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,5 x 6 cm), przezroczysty z podziałką  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką  
1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml, (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska  
4 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowane zastawy do pobrania przeszczepu o podanych składach (część A i B). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 16, pakiet 15, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych.*

**Pytanie 17, pakiet 19, poz. nr 1-9**

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, których Zamawiający planuje wykorzystywać w trakcie obowiązywania umowy do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 1-9 w PAKIECIE NR 19?

**Odpowiedź:** *Obecnie posiadamy w jednostce 18 urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran.*

**Pytanie 18, pakiet 23, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwetki chirurgicznej wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej zielonej włókniny o gramaturze min. 49 g/mkw.?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowaną serwetkę z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 19, pakiet 42, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 17,5 cm x 17,5 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 20, pakiet 42, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

**Pytanie 21, pakiet 42, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***


**Pytanie 22, pakiet 42, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku, który zamiast warstwy chłonnej pianki posiada warstwę superabsorbentu SAF?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych

  
mgr inż. Jacek Banaszak