



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

“Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych”

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 7 w poz 2 gazy hemostatycznej z utlenionej, regenerowanej celulozy o rozmiarach : poz. 2 - 5 x 7,5cm ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza w pak.nr 7 poz. nr 2 zaoferowany hemostatyk. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, syntetyczne, poliglatynowe (glikolid i laktyd) powlekane dwoma składnikami ((poliglaktyną 370(glikolid i laktyd) oraz stearynianem wapnia)), wchłaniające się między 60 - 70 dniem od zaimplantowania, podtrzymywanie tkankowe 50% w 21 dniu, 25% w 28 dniu od zaimplantowania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza szew z igłą 37 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie 4- dotyczy pakietu 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 5 - dotyczy pakietu 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 1 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą tępą 65 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 7 - dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, powlekane, syntetyczne z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się do ok. 42 dnia od zaimplantowania, podtrzymywanie tkankowe: 65 % w 7 dniu, 50% w 8-11 dniu od zaimplantowania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie 8 - dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, powlekane, syntetyczne z kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekane glikolidem i laktydem oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się do ok. 42 dnia od zaimplantowania, podtrzymywanie tkankowe: 50 % w 5 dniu, 0% w 10-14 dniu od zaimplantowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 9 - dotyczy pakietu 2 poz.1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 10 - dotyczy pakietu 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 11 - dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe z polidiodksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 12 - dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie wchłaniania 90-120 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane szwy o podanych parametrach.. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 - dotyczy pakietu 5 poz. 10 - 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z oferowaną igłą. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 - dotyczy pakietu 5 poz.10 - 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z oferowaną igłą. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 - dotyczy pakietu 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 16 - dotyczy pakietu 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 17 - dotyczy pakietu 6 poz. 15

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycję lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 15?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie 18 - dotyczy pakietu 1, 6

Czy Zamawiający dopuści igły ze stali typu 300 powlekane silikonem bez określenia „igła Easy Pass - o 50 % ostrzejsza po dziesiątym wkłuciu od standardowej igły skórnej, pokryta silikonem, spłaszczona w części imadłowej. Ostrze igły dłuższe o 62 %, od ostrza standardowej igły skórnej. Ostrze igły stanowi 20 % całej długości igły. Suma kątów przekroju ostrza 165 Stopni”?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowaną igłę o podanych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie 19 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu dotyczącego dostawy dokumentacji wyrobów poprzez wskazanie, że termin nie będzie krótszy od 7 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający winien wskazać jaki § umowy winien ulec zmianie.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak